



*Die Mindestanforderungen an die Messgenauigkeit gemäß Norm ISO 15197:2013, Abschnitt 6.3 erfordern, dass $\geq 95\%$ der gemessenen Werte bei Blutzuckerkonzentrationen von <100 mg/dl im Bereich von ± 15 mg/dl oder bei Blutzuckerkonzentrationen von ≥ 100 mg/dl im Bereich von $\pm 15\%$ der Referenzmethode liegen müssen. Quelle: International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems — requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2013.